

文件編號	WI-25-08	頁次	1/4	核准	總經理
文件名稱	檢驗設備校正作業標準	版本	2-201701	制作	管理部

檢驗設備校正作業標準

大業開發工業(股)公司

106.01.01

文件發行章

修訂履歷	
版本 (版次-日期)	修訂內容
2-201701	ISO 9001 : 2015 改版

大業開發工業股份有限公司

文件編號	WI-25-08	頁次	2/4	核准	總經理
文件名稱	檢驗設備校正作業標準	版本	2-201701	制作	管理部

一、目的：對於本公司所使用之量規、儀器均合於標準之要求範圍內，並能追溯至國際標準（追溯至國際標準得視量規、儀器本身精度之適用範圍及看客戶要求而定）。

二、範圍：所有本廠使用之量規、儀器均適用之。

三、校正辦法：本公司因所使用之量規、儀器適用性質單純，以量規、儀器本身之容許差，作為判定之標準，並以判定後之結果做為鑑別量規、儀器本身報廢堪用之決定。

1、送校儀器：因量規、儀器適用範圍之不同，送校與否及週期之判定，以量規、儀器本身之規定及本廠之有否此內校能力為之，如需送校者依實際需求。每年或半年送校一次為基準。

1-1 校驗種類及校驗量規、儀器：本廠校驗種類有外校、內校及免校等三種。

校驗量規、儀器如下：

外校(一年)：(1)數字電表。

(2)夾式安培表。

(3)轉速表。

(4)高阻計。

外校(二年)：(1)水平尺。

(2)游標卡尺。

(3)百分表。

(4)捲尺。

(5)鋼尺。

(6)厚薄規。

內校：(1)捲尺

(2)鋼尺

(3)變頻器

(4)開門機測試治具

(5)顯示器測試治具

免校：(1)磅秤

大業開發工業股份有限公司

文件編號	WI-25-08	頁次	3/4	核准	總經理
文件名稱	檢驗設備校正作業標準	版本	2-201701	制作	管理部

1-2 外校回來之檢驗設備，允收判定標準，以”量測儀器資料卡”上之容許差為基準。

1-3 免校儀器規定：

此部份量規、儀器僅供施工作業時之參考使用，不需精確參數要求，包括無標準可言之部份量規、儀器，故對於部份之量規、儀器，得列為免校。對於免校之量規、儀器僅需在量規、儀器上貼上”免校”標籤即可。

1-4 免校儀器判定由生產部品管課會同生技課來作判定。

1-5 若有客戶提供檢驗、量測儀器，則需與客戶訂定契約，定期或每年由客戶來本廠做校驗，但標準需同樣追溯國際標準。

四、校驗驗證：

1-1 所有經校驗之合格量規、儀器，均需有校驗記錄(免校除外)。本廠依據校驗記錄，作為該量規、儀器報廢堪用之基準。

1-2 校驗標籤：標籤共有四種，均須有儀器編號、儀器名稱、校正日期、下次校驗日期、校驗人員簽章等資料，需貼於儀器明顯可見之位置。

(1)校驗合標籤(附件 1)

(2)校驗不合格標籤(附件 1)

(3)免校標籤(附件 1)

(4)報廢標籤(附件 1)

五、參考文件：

1、監控與量測儀器管制程序。

大業開發工業股份有限公司

文件編號	WI-25-08	頁次	4/4	核准	總經理
文件名稱	檢驗設備校正作業標準	版本	2-201701	制作	管理部

六、附件：

1、檢驗合格標籤、檢驗不合格標籤、免校標籤、報廢標籤(附件 1)。

●●●●校驗合格●●●●
儀器編號： 儀器名稱： 校驗日期： 下次校驗： 校驗人員：

★★★★校驗不合格★★★★
儀器編號： 儀器名稱： 校驗日期： 下次校驗： 校驗人員：

★★★★免校★★★★
儀器編號： 儀器名稱： 保管單位： 判定人員：

○○○報廢○○○
報廢日期： 判定人員：